



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL
SULTADO DE CONTROL DE CALIDAD DIAGNOSTICA DE LA ENFERMEDAD LEISHMANIASIS



ESTABLECIMIENTO DE SALUD : HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

PERIODO DE COLECTA: IV TRIMESTRE

EVALUADOR LRR: BLG. MBLG. KARLA MELENDEZ PRIETO

I.- EVALUACION DE LA CONCORDANCIA:

RESULTADO DEL LABORATORIO EVALUADO	Nº LAMINAS	RESULTADO DEL LABORATORIO EVALUADOR		
		NEGATIVO	POSITIVOS	TOTAL
NEGATIVO	5	5		5
POSITIVO	4		4	4
TOTAL	9	5	4	9

RESUMEN DE ERRORES IDENTIFICADOS:

ERRORES	
FNE	FPE
0	0
TOTAL DE ERRORES MAYORES :	0

FPE= Falso Positivo

FNE= Falso Negativo

CALIFICACION DE LABORATORIO

MUY BUENO

II. CALIDAD TECNICA DEL ESTUDIO DE LAMINA

A: EVALUACION DEL EXTENDIDO

Total de Láminas	Calidad del Extendido			
	Bueno		MALO	
	Nº	%	Nº	%
9	9	100.00%	0	0.00%

B: EVALUACION DE LA COLORACION

Total de Láminas	Calidad de la Coloración			
	Bueno		Precipitado	
	Nº	%	Nº	%
9	9	100.00%	0	0.00%

D. PORCENTAJE DE CRITERIOS DE EVALUACION

75 - 100%	BUENO
60 - 74 %	REGULAR
< 60%	DEFICIENTE

COMENTARIOS :

1. En la evaluación de la Calidad de laminas obtuvo una calificación **MUY BUENO** con un 100.00% de concordancia.
2. La evaluación de la calidad técnica del extendido y coloracion alcanzó el 100% como promedio, obteniendo una calificación **BUENO**

RECOMENDACIONES:

Verificar el adecuado funcionamiento de los microscopios de campo claro.

BLGA. MBLGA. KARLA MELENDEZ PRIETO

RESPONSABLE CC. LEISHMANIASIS
 AREA DE METAXENICAS LRRLL